

# Техническое задание для подготовки торгов

## Лампы бактерицидные СибЭСТ ЛТС 15Т8

N			
1.	Сертификат соответствия	Наличие	
2.	Декларации соответствия	Наличие	
3.	Металлический экран	Наличие	
4.	Содержание ртути в колбе	4 мг.	
5.	Хранение ртути в лампе (амальгама)	Наличие	
6.	Заключение о бактерицидной эффективности бактерицидных ламп ФГУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора	Наличие	
7.	Внутреннее покрытие предотвращающее диффузию в стенки колбы	Наличие	
8.	Тип цоколя	G13	
9.	Диаметр, мм	25,7	
10.	Общая длина, мм	436 ± 1, 2	
11.	Потребляемая мощность	15	
12.	Напряжение лампы, В	49	
13.	УФ излучение, нм.	253,7	
14.	Ток лампы, А	0,35	
15.	Рабочее напряжение, В	47	
16.	Срок службы лампы, ч	9000	
17.	Излучение UV	4,8	
18.	Снижение бактерицидного потока от оседающих веществ, %	15	
19.	Количество в упаковке	40	
20.	Масса (одна лампа), г	70	
21.	Страна производитель	Венгрия	